



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 0105/2022

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Tendo em vista a realização do Pregão Eletrônico nº 0105/2022, cujo objeto é: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos para o setor de odontologia da Secretaria de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, segue o parecer técnico:

Item 01:

Descritivo	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL: Chave geral luminosa; programação de tempo com memória; automática ao final de cada operação, garantindo repetibilidade do tempo solicitado; base metálica para proporcionar perfeita estabilidade; capa injetada em abs com película em poliuretano; temporizador eletrônico; com escala de 0 a 30 seg; voltagem - (vac) bivolt - 127/ 220 V; frequência 50/60 Hz.
Empresa	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Marca	DENTEMED/DENTMIX
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 02:

Descritivo	AUTOCLAVE para esterilização a vapor, digital. Capacidade 21 litros. Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga. Ciclos controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology). Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio. Peso 24 kg. Câmara aço inox e bandejas de alumínio. Dimensões da câmara 21 X 34,6 cm. Dimensões da autoclave 30 X 35 x 55,5 cm. Potência 800 w. Pressão de trabalho 1 kgf/cm ² Temperatura padrão O.M.S até 121°C. Tensão/Corrente nominal 220V/5A.
Empresa	IDEALINE COMERCIAL EIRELI
Marca	STERMAX/FLEX 21 L
Observações	-
Resultado	APROVADO

J. Schio



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Item 03:

Descritivo	Autoclave para esterilização a vapor, digital. Capacidade de 60 litros câmara de esterilização em aço inoxidável. Painel digital LCD, com teclado de membrana para controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras. Controle de ciclo automático, através de microprocessador eletrônico, com ciclos programáveis. Fecho da tampa de triplo estagio, e porta com construção dupla, totalmente em aço carbono e aço inox laminados. Secagem programada de material, com opção de ciclos extras, guarnição em silicone vulcanizado, fichada na câmara de esterilização, atuação descontinua da resistência durante o ciclo, para menor consumo de energia elétrica. Sistema de segurança automático, com mensagens e erros visuais e sonoros.
Empresa	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Marca	ALTEQUIPAMENTOS/ DIGITAL PLUS 40052-000 65L
Observações	LITRAGEM DIFERENTE DA EXIGIDA
Resultado	REPROVADO

Item 04:

Descritivo	BOMBA A VÁCUO Bomba para 1 consultório. Filtro de detritos localizado na entrada de sucção da bomba. Filtro de entrada de água. Base que não enferruja – fabricada em Nylon injetado com reforço de fibra de vidro. Comandos eletrônicos. Saída da sucção vai direto para o esgoto. Potência: 1/2 HP. Tensão: 110 ou 220V ~ monofásico. Comando: 12VCC. Capacidade: 1 consultório.
Empresa	BRUMED COM. ATACADISTA E MAN. DE EQUI. HOSP. EIRELI
Marca	GG/MD600
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 05:

Descritivo	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C. Conexão Borden. Rolamentos com esferas cerâmicas. Spray triplo independente para evitar contaminação cruzada, distribuído simetricamente em direção à ponta da broca; Rotores precisamente balanceados; Fixação das Brocas – Sistema Push Button. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico: Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes; Extremidade inclinada; Tratamento Eletroquímico: Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.
Empresa	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Marca	DENTEMED/PRIME CX207-W2(PB)
Observações	-
Resultado	APROVADO

Jschio



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Item 06:

Descritivo	CAVITADOR SÔNICO, com 3 pontas (1 Universal, 1 Perio e 1 Sickle) e chave extratora. Movimento elíptico da ponta, sistema de refrigeração. Conexão: Flex e Borden. Autoclavável. Garantia de 12 meses a partir da data de compra contra defeito de fabricação. Registro na ANVISA.
Empresa	BRUMED COM. ATACADISTA E MAN. DE EQUI. HOSP. EIRELI
Marca	DENTEFLEX/ CATIVADOR
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 07:

Descritivo	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Indicado para consultórios odontológicos. Para 1 consultório. Totalmente isento de óleo. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Com 1,0 Hp. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Filtro de ar com drenagem automática Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Capacidade do reservatório entre 30 e 40 litros. 1 ano de garantia.
Empresa	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Marca	DENTEMED/PRIME AIR 40 - 110V OU 220
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 08:

Descritivo	CONTRA ANGULO Autoclavável a até 135C. fixação da broca através de trava (lâmina) Acoplamento Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples: Que utilize uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação: Máxima de 20.000 RPM; Transmissão 1:1. Resistente à tração que assegure o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena.
Empresa	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Marca	DENTEMED/ CONTRA ANGULO PRIME CX 235-1F
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 09:

Descritivo	FOTOPOLIMERIZADOR Wireless (sem fio). Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm ²). Display digital. Timer (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos), com bip sonoro no final da operação. Comandos de programação na própria caneta. Corpo metálico confeccionado em alumínio anodizado. Bivolt automático 90/240V. Ponteira de fotopolimerização
------------	---

jschio



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

	confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Comprimento sem a ponteira: 25,1 cm. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,158 Kg. Peso Bruto: 0,55 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode). Bateria: 3,7V 2200 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm ² . Garantia: 1 ano. 3 Programações de uso: Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento. Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima. Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 0,2 segundo.
Empresa	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Marca	DENTEMED/PRIME LED
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 10:

Descritivo	MICROMOTOR corpo fabricado em latão, com tratamento cromado; Autoclavável a até 135°C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Spray Externo Simples, sistema de refrigeração externo padrão, que possibilite a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento. Conexão Borden. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA.
Empresa	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
Marca	DENTEMED/ MICROMOTOR PRIME CX235-3F
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 11:

Descritivo	MOCHO - com sistema de elevação do assento acionado por alavanca cujo movimento de descida seja impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de mola. Ambos os movimentos amortecidos por sistema de gás pressurizado, possuindo uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possuir base com 05 rodízios de grande resistência estrutural e sustentação dos rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recoberto com pvc expandido sem costura (cor a ser definida), lavável e com encosto ergonômico com regulagem longitudinal.
Empresa	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
Marca	GG EQUIPAMENTOS/ MD-200
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 12:

Descritivo	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO PANORÂMICO, sistema de fixação das
------------	--



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

	radiografias por imã, chave seletora de voltagem Bivolt - 127v/220v, lâmpada fluorescente que proporciona luz branca e homogênea em toda a superfície do visor, reator eletrônico que proporciona maior durabilidade, economia de energia e acendimento instantâneo das lâmpadas, além de não gerar ruídos nem aquecimento. Cor Branca. Material: Poliestireno de Alto Impacto – PSAl. Área visível 15 x 30cm. Dimensão do produto 19x37,5x4,5cm. Peso do produto 0,565Kg. Frequência 50/60Hz. Consumo 8W
Empresa	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Marca	BIOTRON
Observações	-
Resultado	APROVADO

Item 13:

Descritivo	SELADORA hospitalar a pedal Indicada para selar embalagens de grau cirúrgicos no ramo hospitalar, laboratoriais, consultórios médicos e odontológicos. Acionamento através de pedal. Indicada para longos períodos de uso. Solda : largura 8mm, largura da embalagem: 400mm, comprimento: 310mm, altura: 940mm. Tempo de selagem: 6 segundos. Garantia mínima de 1 ano. Bivolt.
Empresa	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marca	REGISTRON/ RG400ST
Observações	LARGURA DE SELAGEM INFERIOR AO REQUISITADO
Resultado	REPROVADO


Item 14:

Descritivo	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO com jato de bicarbonato integrado, modo de operação digital, transdutor do ultrassom altoclavável, Possibilidade De Ajuste Da Potência Digital, Pedal Único De Acionamento Ultrassom/Jato De Bicarbonato, Ergonômico Bivolt Automático Gabinete Em Plástico Branco E Resistente Mangueiras E Cabos Lisos De Fácil Limpeza E Assepsia. Garantia de 1 ano.
Empresa	BRUMED COM. ATACADISTA E MAN. DE EQUI. HOSP. EIRELI
Marca	ALT/JETCERAMIC
Observações	-
Resultado	APROVADO

É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 19 de julho de 2022.

Responsável pelo parecer
Gione André Schio
Coordenador de Saúde Bucal


Dr. Gione Schio
Cir. dentista
CRO - PR 20.853