



Parecer Técnico n.º 034/2026

Processo n.º 10/2026 – Pregão Eletrônico n.º 90001/2026

Ao Sr. Licitante

CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 07.626.776/0001-60.

Assunto: Análise de Conformidade Técnica da Proposta.

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica para verificar se o equipamento **Desfibrilador/Monitor Amoul i6** proposto pela empresa, atende aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência para o Item 15 (Cardioversor Bifásico), conforme as exigências do Termo de Referência.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Requisito do Objeto	Especificação do Equipamento Ofertado	Status
Funções (Manual, DEA, Marca-passo, ECG)	Possui Desfibrilação Manual (Sinc/Assinc), DEA, Marca-passo Não Invasivo e Monitoramento de ECG.	ATENDE
Impressora Térmica (Largura min. 80mm)	Suporta papel de gravação térmica de 50mm.	NÃO ATENDE
Capacidade da Impressora (Min. 4 ondas)	Capaz de emitir no máximo 3 formas de onda simultaneamente.	NÃO ATENDE
Tela (Mínimo de 8 polegadas)	Tela de 7 polegadas colorida TFT LCD.	NÃO ATENDE
Energia de Choque (1 a 360J)	Selecionável de 1 a 360J.	ATENDE
Tempo de Carga (<5s p/ 200J; <8s p/ 360J)	Menos de 5s para 200J e menos de 8s para 360J.	ATENDE
Autoteste (Manual e Automático)	Possui autoteste de inicialização e testes de usuário (rotina, alta energia, teclas).	ATENDE
Bateria - Quantidade de Choques (Mín. 400)	Fornece ≥ 100 choques na energia máxima.	NÃO ATENDE
Bateria - Monitoramento (Mín. 5 horas)	Duração de ≥ 3 horas no modo monitor.	NÃO ATENDE
Proteção (IP, Queda e Choque)	Certificação IP54 (proteção contra poeira e respingos) e tela anticolisão.	ATENDE
Marca-passo (40-170bpm; 0-200mA)	Frequência de 40 a 170 ppm e saída de 0 a 200 mA.	ATENDE
Garantia (Dois anos)	Garantia de 2 anos fornecida pelo fabricante.	ATENDE



O equipamento acompanha acessórios essenciais como pás externas (adulto/pediátrico), cabo de ECG (3/5 vias), bateria de lítio e manual em português. As pás externas possuem botões de carga, choque e seleção de energia, além de indicadores de carga e impedância.

Porém o produto Amoul i6 não atende plenamente aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos no Termo de Referência para o Item 15. Sendo as principais divergências que impactam a aceitabilidade da proposta:

- **Dimensões da Tela:** A tela ofertada de 7 polegadas é inferior ao mínimo exigido de 8 polegadas.
- **Capacidade de Impressão:** A largura do papel (50mm) é significativamente menor que os 80mm exigidos, e o equipamento registra apenas 3 ondas, enquanto o edital exige o registro de no mínimo 4 ondas simultâneas.
- **Autonomia da Bateria:** A bateria suporta apenas 100 choques na carga máxima e 3 horas de monitoramento, não atingindo os requisitos de 400 choques e 5 horas de monitoramento exigidos.

III. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, este setor técnico emite parecer pela NÃO ACEITABILIDADE do produto e, consequentemente, pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o Item 15.

É o parecer.

São Jorge d'Oeste, 04 de março de 2026.

Mário A. Sangaletti

Agente de Contratações II
Portaria nº 2.915/2025