



Parecer Técnico n.º 035/2026

Processo n.º 10/2026 – Pregão Eletrônico n.º 90001/2026

Ao Sr. Licitante

62.974.396 PABLO LUIZ RODRIGUES KERBER - 62.974.396/0001-25.

Assunto: Análise de Conformidade Técnica da Proposta.

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica para verificar se o equipamento **Balança Digital 180kg Nevoni BL101B**, atende aos requisitos mínimos descritos no Termo de Referência para o Item 5 (Balança Digital), conforme as exigências do Termo de Referência e a Portaria Inmetro nº 157/2022.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Requisito do Objeto	Especificação do Equipamento Ofertado	Status
Capacidade (Até 180 kg)	Capacidade máxima de 180 kg.	ATENDE
Visor (LED em LCD)	Display LCD com retroiluminação.	ATENDE
Funções (Zeragem e desligamento automático)	Desligamento automático. Zeragem não descrita no texto.	PARCIAL
Alimentação (02 pilhas AAA inclusas)	Pilha AAA inclusas. (Não especifica quantidade "02").	PARCIAL
Material (Vidro ultrarresistente)	Não especificado textualmente na proposta técnica .	NÃO CONSTA
Dimensões (Aprox. 26 x 26 x 2,5 cm)	26 cm x 26 cm x 3 cm.	ATENDE
Segurança (Base antiderrapante)	Possui base antiderrapante.	ATENDE
Conformidade (Portaria Inmetro 157/2022)	Não possui.	NÃO ATENDE

Embora a imagem do produto sugira o acabamento em vidro, o texto das especificações técnicas fornecido pela empresa não declara explicitamente o material "vidro ultrarresistente".

III. DA CONCLUSÃO

As verificações constataram que tratar-se de equipamento destinado ao uso doméstico, não atendendo a Portaria Inmetro nº 157/2022. Além do atendimento parcial e incompleto em requisitos



técnicos eliminatórios.

Diante do exposto, este setor técnico emite parecer pela NÃO ACEITABILIDADE do produto e, consequentemente, pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta para o Item 5.

É o parecer.

São Jorge d'Oeste, 04 de março de 2026.

Mário A. Sangaletti
Agente de Contratações II
Portaria nº 2.915/2025

