



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE/PR

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA – DOD Nº 041/2026

INTRODUÇÃO

Conceito e elementos.

O Documento de Oficialização de Demanda (DOD), é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo formalizar o pedido de necessidade da determinada secretaria, servido para subsidiar a elaboração do ETP e do TR, bem como do edital de licitação e da minuta contratual, quando aplicável.

Sua elaboração será em conformidade com o Art. 18 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, regulamentado a nível Municipal pelo Art. 31 do Decreto Municipal nº 3.927/2023, nos seguintes termos:

“O procedimento para elaboração do Plano de Contratações Anual inicia-se com o preenchimento do DFD pelo setor requisitante, contendo as seguintes informações:

“I - justificativa da necessidade da contratação;” (inciso I do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 1** deste documento;

“II – descrição sucinta do objeto;” (inciso II do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 2** deste documento;

“III – tipo de item, de acordo com os Sistemas de catalogação de Material ou de Serviços, unidade de fornecimento e quantidade a ser contratada;” (inciso III do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 3** deste documento;

“IV – estimativa preliminar de valor total da contratação com a indicação do valor correspondente ao exercício financeiro do Plano;” (inciso IV do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 4** deste documento;

“V – previsão de data desejada para a contratação;” (inciso V do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 5** deste documento;

“VI – grau de prioridade da compra ou contratação;” (inciso VI do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 6** deste documento;

“VII – se há vinculação ou dependência com a contratação de outro DFD para sua execução, [...]” (inciso VII do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 7** deste documento;

“VIII – classificação orçamentária da despesa até nível de elemento e desdobramentos” (inciso VIII do Art. 31 do Decreto nº 3.927/2023) **seção 8** deste documento;



O presente Documento de Oficialização de Demanda, tem por finalidade apresentar a equipe de planejamento de licitações, os materiais (produtos/serviços) necessários para atender as demandas exigidas e os projetos desenvolvidos por esta secretaria.

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA – DOD Nº 041/2026

São Jorge D'Oeste/PR, 31 de março de 2026

Requisitante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão participante:

DEPARTAMENTOS VINCULADOS

Responsáveis:

Secretária: ROZI TEREZINHA MARMITT – Decreto Nº 4.698/2025

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Tem-se por **OBJETO**:

Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 75, inciso III, alínea a), da empresa: **EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **33.813.237/0001-40**, localizada no logradouro Avenida Duque de Caxias, Nº 179, Bairro Centro, CEP 86.935-000, Lunardelli/PR, para a aquisição de autoclave horizontal visando a continuidade dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge do Oeste/PR.

2. ALINHAMENTO COM PCA

A contratação está prevista no PCA 2026, publicado no site no Município.

<https://pmsjorge.pr.gov.br/divulga-licitacoes/plano-anual-de-compras-2026>.

3. ESPECIFICAÇÕES QUALITATIVAS, QUANTITATIVAS E VALORATIVAS DO OBJETO

ITEM	COD EQUIP.	PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTD.
------	------------	-----------------	----	------



1	Autoclave Horizontal 75L • Alimentação: bivolt automático; • Frequência: 50/60 Hz; • Proteção elétrica: Fusíveis; • Potência: Configurável de 600 a 5000 Watts; • Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²; • Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável; • Alarme: 18 níveis configuráveis; • Temperatura 90° a 135°C (configurável); • Tempo configurável; • Temperatura máxima 150°C; • Câmara de esterilização e tampa: Aço Inoxidável; • Anel de vedação da porta: Silicone; • Sistema eletrônico: Microcontrolado /processado; • Água: Inserção manual; • Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança; • Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; • Sistemas de segurança: 27 (configurável); • Sistema eletrônico de controle de potência e cruzamento de dados; • Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distancia; • Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica em tempo real: temperatura metro), tempo e mensagens de comando. Maior conforto ao operador atendendo as normas; • Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de alavanca/ segurança totalizando 3 estágios; • Avisos visuais e sonoros; • Sistema automático de ajuste de altitude; • Sistema de limpeza; Mangueira; • Tamanho compacto; • Pés reguláveis • Manual de instruções em português; • Painel digital com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo. • Gravitacional; • Automática. • Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático. • Porta Barreira Simples inox e alumínio. • Transdutor pressão / pressostato. • Sensor PT 100 / termostato. • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. • Funcionamento com a porta fechada. • Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. • 1 a 99 ciclos (configuráveis) que atendem as principais necessidades. • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. • Baixo consumo de água e energia. • Copo dosador graduado. • Chave geral. • Em AÇO INOX. • Capacidade: 75 Litros. • Possui filtros. • Possui entrada exclusiva para validação. • Estrutura em aço A36. • Simples manutenção. • Suporte on line. • Auto diagnostico à distância. • 08 (oito) bandejas aramadas e perfuradas em aço inoxidável (maior durabilidade, melhor secagem) / ou aluminio anodizado. • Secagem de porta aberta, entre aberta ou fechada. • Secagem eficiente. •	UN	1
---	---	----	---



		Secagem extra. • Fusível na placa eletrônica. • Conforme Norma NBR ISO 9001 e 13485. • Desligamento automático ao final do ciclo. • Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data da entrega. marca DIGITALE 75 LITROS.		
--	--	---	--	--

4 – JUSTIFICATIVAS: DA DISPENSA DA LICITAÇÃO / RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTOR / DO PREÇO / AVISO DE DIVULGAÇÃO A INTERESSADOS

A presente contratação fundamenta-se na necessidade premente da Secretaria Municipal de Saúde em garantir a continuidade e a segurança dos atendimentos realizados nas unidades de saúde do Município de São Jorge d'Oeste/PR. A urgência da aquisição justifica-se pela imprescindibilidade de assegurar processos rigorosos de esterilização de instrumentais cirúrgicos e odontológicos, vitais para a prevenção de infecções hospitalares e contaminações cruzadas.

A aquisição de uma Autoclave Horizontal de 75 Litros, equipada com sistema microprocessado e tecnologia de monitoramento digital, é indispensável para suprir a demanda volumétrica das unidades, garantindo a integridade dos materiais biológicos e a conformidade com as normas da ANVISA e as diretrizes da NBR ISO 13485 (específica para dispositivos médicos). A falta de um equipamento com esta capacidade e precisão técnica compromete diretamente a segurança do paciente e a agilidade nos procedimentos clínicos, representando um risco à continuidade dos serviços de saúde pública.

A escolha dos fornecedores e a balização dos preços seguirão os parâmetros do Art. 46 do Decreto nº 3.927/2023, priorizando a mediana de sistemas oficiais e a pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores. O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço, assegurando que a administração pública obtenha a proposta mais vantajosa em conformidade com os preços de mercado e o alto rigor técnico exigido (controle termodinâmico automático, múltiplos sistemas de segurança e rastreabilidade de ciclos) para a proteção da saúde da população.

4.1 – QUANTO A DISPENSA DE LICITAÇÃO

Perante o insucesso de certame licitatório anterior para o mesmo objeto, realizado há menos de 1 (um) ano, o qual restou deserto ou sem propostas válidas, a presente contratação fundamenta-se no Art. 75, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021. Ressalta-se que a contratação direta por este dispositivo pressupõe a manutenção das condições definidas no edital da licitação anterior que não obteve êxito, garantindo a lisura e a finalidade do processo administrativo original.



Diante do exposto indica-se a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, considerando o previsto no **caput** do Art. 75 da Lei 14.133/2021, *alínea a* do inciso III:

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...];

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1

(um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;

[...]

4.2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA

A definição pela empresa: **EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **33.813.237/0001-40**, se deu em razão do cumprimento dos requisitos exigidos em relação aos objetos, bem como, como verificado pelo setor competente e apresentado nos autos deste procedimento, a empresa tem seus preços, em conformidade com os preços de mercado, o qual, por fim, justifica-se pela economicidade para o Município.

4.3 – INTENÇÃO DE PROPOSTAS ADICIONAIS

Não se aplica, considerando que se trata de um procedimento em caráter de especialidade.

5 - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que para aquisição, Administração deverá desembolsar o valor de **R\$ 14.800,00** (Quatorze mil e oitocentos reais), conforme MAPA de apuração dos preços espelhado abaixo:



 Município de SÃO JORGE D'OESTE Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03											
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO											
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.											
	NOME DA EMPRESA						CNPJ		DATA COTAÇÃO		
COT 1	MINAS INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA						34.237.336/0001-94		26/03/26		
COT 2	EQUIPAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS						33.813.237/0001-40		27/03/26		
COT 3	JR RIBEIRO ATACADISTA LTDA						84.972.926/0001-39		27/03/26		
COT 4	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (MÉDIA DE 3 COTAÇÕES)						76.995.380/0001-03		27/03/26		
ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	VALOR R\$ Valor Global
1	Autoclave Horizontal 75L • Alimentação: bivolt automático; • Frequência: 50/60 Hz; • Proteção elétrica: Fusíveis; • Potência: Configurável de 600 a 5000 W/atts; • Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²; • Pressão: 1,0 a 2,5 kg/cm² configurável; • Alarme: 18 níveis configuráveis; • Temperatura: 90 a 135°C (configurável); • Tempo configurável; • Temperatura máxima 150°C; • Câmara de esterilização e tampa: Aço Inoxidável; • Anel de vedação da porta: Silicone; • Sistema eletrônico: Microcontrolado (processado); • Água: Injeção manual; • Proteção sobrepressão: Válvula de alívio segurança; • Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; • Sistemas de segurança: 27 (configurável); • Sistema eletrônico de controle de potência e cruzamento de dados; • Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico à distância; • Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica em tempo real: temperatura metro), tempo e mensagens de comando. Maior conforto ao operador atendendo as normas; • Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio - trava de alavanca segurança totalizando 3 estágios; • Avisos visuais e sonoros; • Sistema automático de ajuste de altitude; • Sistema de limpeza; Mangueira; • Tamanho compacto; • Pés reguláveis; • Manual de instruções em português; • Painel digital com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo; • Gravatacional; • Automática; • Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; • Porta Barreira Simples inox e alumínio; • Transdutor pressão / pressostato; • Sensor PT 100 / termostato; • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e depressurização automática; • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio; • Funcionamento com a porta fechada; • Controle de Nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água; • 1 a 99 ciclos (configurável) que atendem as principais necessidades; • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável; • Baixo consumo de água e energia; • Copo dosador graduado; • Chave geral - Em AÇO INOX; • Capacidade: 75 Litros; • Possui filtros; • Possui entrada exclusiva para validação; • Estrutura em aço A36; • Simples manutenção; • Suporte on line; • Auto diagnóstico à distância; • 08 (oito) bandejas aramadas e perfuradas em aço inoxidável (maior durabilidade, melhor secagem) / ou alumínio anodizado; • Secagem de porta aberta, entre aberta ou fechada; • Secagem eficiente; • Secagem extra; • Fusível na placa eletrônica; • Conforme Norma NBR ISO 9001 e 13485; • Desligamento automático ao final do ciclo; • Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data da entrega, marca DIGITALE 75 LITROS.	Und	1	29.879,52	14.800,00	20.000,00	21.002,15	14.800,00	29.879,52	21.420,42	14.800,00
										TOTAL:	14.800,00
FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS NESTA PESQUISA: 1- Empresa do Estado de Minas Gerais; 2- 2 (duas) Empresas do Estado do Paraná; 3 - Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br ; 4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pnccp/pt-br ; 5 - Prefeitura Municipal de Rio Quente/GO 45.188.61.100:8079/transparencia/.											
OBSERVAÇÕES/MÉTODOS UTILIZADOS/JUSTIFICATIVAS : O equipamento supra citado foi encaminhado para processo licitatório Pregão 001/2026, o qual restou frassado, como este equipamento é considerado essencial para esterilização de materiais utilizados em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, optou-se pela compra emergencial. Desta forma foram encaminhados email's para diversas empresas, conforme cópias de email's em anexo, porem apenas 3(três) empresas retornaram com o orçamento, ainda assim fiz mais 3(três) cotações na plataforma Banco de Preços na qual utilizei a média de 3 cotações para composição da Cesta de Preços, e utilizei o menor preço para a Dispensa de Licitação.											
Responsável pela cotação : LIOMAR SIEGA						APROVAÇÃO:					
						PROCESSO LICITATORIO / MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO					
LOCAL E DATA: São Jorge D'Oeste, 27 de março de 2025.						ASSINATURA DO RESPONSÁVEL					

9.3.10 Do Mapa de apuração acima, extraí-se:

ITEM	COD EQUIP.	PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTD.	VALOR UN	VALOR TOTAL
------	------------	-----------------	----	------	----------	-------------



1	Autoclave Horizontal 75L • Alimentação: bivolt automático; • Frequência: 50/60 Hz; • Proteção elétrica: Fusíveis; • Potência: Configurável de 600 a 5000 Watts; • Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²; • Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável; • Alarma: 18 níveis configuráveis; • Temperatura 90° a 135°C (configurável); • Tempo configurável; • Temperatura máxima 150°C; • Câmara de esterilização e tampa: Aço Inoxidável; • Anel de vedação da porta: Silicone; • Sistema eletrônico: Microcontrolado /processado; • Água: Inserção manual; • Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança; • Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; • Sistemas de segurança: 27 (configurável); • Sistema eletrônico de controle de potência e cruzamento de dados; • Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distancia; • Pannel de comando: Posicionado na parte frontal (indica em tempo real: temperatura metro), tempo e mensagens de comando. Maior conforto ao operador atendendo as normas; • Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de alavanca/ segurança totalizando 3 estágios; • Avisos visuais e sonoros; • Sistema automático de ajuste de altitude; • Sistema de limpeza; Mangueira; • Tamanho compacto; • Pés reguláveis • Manual de instruções em português; • Pannel digital com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo. • Gravitacional; • Automática. • Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático. • Porta Barreira Simples inox e alumínio. • Transdutor pressão / pressostato. • Sensor PT 100 / termostato. • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no pannel. Desaeração e despressurização automática. • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de	UN	1	14.800,00	14.800,00
---	--	----	---	-----------	-----------



		apoio. • Funcionamento com a porta fechada. • Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. • 1 a 99 ciclos (configuráveis) que atendem as principais necessidades. • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. • Baixo consumo de água e energia. • Copo dosador graduado. • Chave geral. • Em AÇO INOX. • Capacidade: 75 Litros. • Possui filtros. • Possui entrada exclusiva para validação. • Estrutura em aço A36. • Simples manutenção. • Suporte on line. • Auto diagnostico à distância. • 08 (oito) bandejas aramadas e perfuradas em aço inoxidável (maior durabilidade, melhor secagem) / ou alumínio anodizado. • Secagem de porta aberta, entre aberta ou fechada. • Secagem eficiente. • Secagem extra. • Fusível na placa eletrônica. • Conforme Norma NBR ISO 9001 e 13485. • Desligamento automático ao final do ciclo. • Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Garantia mínima de 12 meses, a contar da data da entrega. marca DIGITALE 75 LITROS.				
TOTAL						
						14.800,00

6 - PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO;

Deseja-se a realização da contratação até 30 dias da Oficialização desta Demanda.

7 - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO;

O ALTO GRAU de prioridade justifica-se pelo caráter de extrema urgência, visto que a Secretaria já registrou a perda de material genético (sêmen bovino) devido à obsolescência e ao comprometimento térmico dos botijões atuais. A demora na aquisição acarretará novos prejuízos financeiros ao erário e a interrupção do programa de inseminação artificial, prejudicando diretamente os produtores rurais que dependem deste serviço municipal. A contratação é, portanto, indispensável para garantir a integridade dos insumos biológicos e a continuidade das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.



8 - SE HÁ VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO DFD PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO A DETERMINAR A SEQUÊNCIA EM QUE AS RESPECTIVAS CONTRATAÇÕES SERÃO REALIZADAS;

Não se aplica.

9 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ATÉ NÍVEL DE ELEMENTO E DESDOBRAMENTOS;

Equipamento

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

11 SECRETARIA DE SAÚDE

002 Departamento de Atenção em Saúde

10.301.0011.2052				Bloco de estruturação da rede em Serviços de Saúde
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04330	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
10.301.0011.2053				Bloco de Atenção Básica em Saúde
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04450	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
04455	E	00334	0495/09/02/05/20	Organização Assistência Farmaceutica
04455	EA	00334	0495/09/02/05/20	Organização Assistência Farmaceutica
04456	E	00375	1011/09/02/05/18	INCENTIVO FIN. PARA AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ACS - RESOLUÇÃO SESA 1071/2021
04456	EA	00375	1011/09/02/05/18	INCENTIVO FIN. PARA AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ACS - RESOLUÇÃO SESA 1071/2021
04457	E	00379	1029/99/02/01/03	FAF incentivo Financeiro Investimento aquisição equipamentos Resolução 870/2021
04457	EA	00379	1029/99/02/01/03	FAF incentivo Financeiro Investimento aquisição equipamentos Resolução 870/2021
04458	E	00382	1011/09/02/05/18	TRANSF. REC. ESTADO - SAÚDE BUCAL - RES. 859/2022
04458	EA	00382	1011/09/02/05/18	TRANSF. REC. ESTADO - SAÚDE BUCAL - RES. 859/2022
04459	E	00384	1011/09/02/05/18	FAF INVESTIMENTO PARA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA APS (EST)
04459	EA	00384	1011/09/02/05/18	FAF INVESTIMENTO PARA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA APS (EST)
04454	E	00385	1011/09/02/05/18	FAF PARA AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO RESOLUÇÃO 860/2022
04454	EA	00385	1011/09/02/05/18	FAF PARA AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO RESOLUÇÃO 860/2022
04453	E	00396	0518/12/02/06/20	EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE 30410018- EQUIP E MAT PERMANENTE PARA UBS
04453	EA	00396	0518/12/02/06/20	EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE 30410018- EQUIP E MAT PERMANENTE PARA UBS
04461	E	00398	1011/09/02/05/18	Resolução SESA Nº 937/2025 Aquisição Ambulância Básica
04461	EA	00398	1011/09/02/05/18	Resolução SESA Nº 937/2025 Aquisição Ambulância Básica
04462	E	00400	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA Nº 938/2025 INC FIN. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS
04462	EA	00400	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA Nº 938/2025 INC FIN. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS
04463	E	00401	1011/09/02/05/18	Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Van Transportes Pacientes
04463	EA	00401	1011/09/02/05/18	Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Van Transportes Pacientes
04464	E	00402	1011/09/02/05/18	Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Básico
04464	EA	00402	1011/09/02/05/18	Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Básico
04466	E	00403	1011/09/02/05/18	Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Utilitário
04466	EA	00403	1011/09/02/05/18	Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Utilitário
04467	E	00406	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO TRANSPORTE SANITARIO
04467	EA	00406	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO TRANSPORTE SANITARIO
04468	E	00407	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 1391/2025, INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO
04468	EA	00407	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 1391/2025, INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO
04469	E	00408	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 AQUIS TRANSPORTE SANITARIO (AMBULANCIA)

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5538 s

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores



Equipamento

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)

04469	EA	00408	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 AQUIS TRANSPORTE SANITÁRIO (AMBULANCIA)
04471	E	00412	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 527/2025 REPASSE INV AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE
04471	EA	00412	1011/09/02/05/18	RESOLUÇÃO SESA 527/2025 REPASSE INV AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE
04472	E	00498	0498/09/02/06/20	Assistência Farmacêutica
04472	EA	00498	0498/09/02/06/20	Assistência Farmacêutica
10.304.0011.2056				Bloco de Atenção e Vigilância em Saúde
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04621	E	00395	1011/09/02/05/18	FAF Incentivo financeiro Investimento PROVIGIA, resolução 726/2025 protoc 236913
04621	EA	00395	1011/09/02/05/18	FAF Incentivo financeiro Investimento PROVIGIA, resolução 726/2025 protoc 236913
04620	E	00494	0494/09/02/06/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 30/03/2026

Órgão entre: 11 e 11

Unidade entre: 002 e 002

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00

10 – DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ANÁLISE DE RISCOS, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO.

Indica-se dispensável, devido a condição facultativa motivada pela singularidade do objeto, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, em consonância com o **caput** do Art. 72 da Lei nº 14.133/2021, e do Inciso III do art. 145 do Decreto nº 3.927/2023.

11 – HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MINIMA

Conforme Termo de Referência.

12 – AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO.

Por fim requer que seja enviado o feito a divisão de licitação para autorização do executivo e demais atos necessários visando à elaboração do caderno para conclusão do feito, nos termos da Lei 14.133/21, regularizada pelo Decreto nº 3.927/2023.



ROZI TEREZINHA MARMITT
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 4.689/2026