



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

Padronização 01/2024 – Modelo aprovado pela Secretaria de
Administração e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

000004

PROCESSO DE ADESÃO A ARP Nº 011/2026

CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DE MINAS GERAIS - COMGRANBEL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PROCESSO DE ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

Padronização 01/2024 – Modelo aprovado pela Secretaria de
Administração e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

000005

COMPROVANTES DE COMUNICAÇÃO

PROCESSO DE ADEÇÃO A ARP Nº 011/2026

- **CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DE MINAS GERAIS - COMGRANBEL**
- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2026**
- **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025**

Documentos que suportam esta comprovação:

- Solicitação do Município para aderir a ATA Nº 010/2026 – COMGRANBEL;
- Comprovante do envio da solicitação;
- Ofício Nº 090/2026 do Executivo Municipal.



Memorando nº 129/2026

São Jorge D'Oeste/Pr, 23 de Março de 2026.

Da: Secretaria de Saúde

Para: Secretaria de Administração – Equipe de Licitações

I -DESCRIÇÃO DO OBJETO

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatório objetivando aquisição de equipamento de ultrassom, a ser adquirido com recursos vinculados Resolução SESA 938/2025, e complemento de recursos próprios, para uso na secretaria municipal de saúde de São Jorge D'Oeste/Pr.

II -JUSTIFICATIVA

A contratação solicitada visa à aquisição de equipamento de ultrassom novo para secretaria municipal de saúde de São Jorge D' Oeste – PR, equipamento a ser adquirido com recursos da resolução SESA 938/2028 e complemento do município. Recentemente o município tentou a aquisição através do pregão eletrônico nº 001/2026, porem o item restou fracassado. O equipamento será utilizado para a realização de exames de imagem, principalmente de gestantes durante o pré natal, de avaliação de mulheres em idade fértil, confirmação de inserção de DIU (dispositivo intra-uterino), e de pacientes que precisam de exames de imagem, diminuindo as filas de exames, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e de fácil acesso a população, alem de possibilitar a realização dos exames no município sem necessidade de deslocamento e transporte de grande quantidade de pacientes. Trata-se de um equipamento de extrema necessidade na realização de diagnostico de pacientes que necessitam de exame de ultrassom, principalmente das gestantes que necessitam da realização de ultrassonografia durante a gestação, visto que o município possui profissional especializado em ginecologia e obstetrícia que realiza os atendimentos das gestantes vinculadas às equipes de saúde da família, no entanto o equipamento atual do município esta obsoleto e sem condições adequadas de uso.

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

Item	Nome do produto	Quantidade de	Unidade
1.	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO, EQUIPAMENTO COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE 132.256 CANAIS; • MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 1366X768 PIXELS, 19" COM BRAÇO	01	Und



ARTICULADO; • MONITOR LCD TOUCHSCREEN DE 8.4"; • AJUSTE DE ROTAÇÃO DO PAINEL; • GRAVADOR DE CD/DVD INTEGRADO; • TRANSDUTORES ELETRÔNICOS MULTIFREQUÊNCIAS DE BANDA LARGA; • 4 PORTAS ATIVAS SIMULTÂNEAS PARA CONEXÃO DE TRANSDUTOR VIA PAINEL DE CONTROLE; • PAINEL DE CONTROLE COM TECLADO ALFANUMÉRICO, TRACKBALL, TCG COM 8 POTENCIÔMETROS; • MULTI-FOCUS AJUSTÁVEIS; • AJUSTE DA FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES DE NO MÍNIMO 5 FREQUÊNCIAS DIFERENTES PARA MODO B; • ESCALA DE CINZA DE 256 NÍVEIS; • ZOOM READ/WRITE LOCALIZADO E CENTRAL EM TEMPO REAL E EM IMAGEM CONGELADA; • 4 CONEXÕES USB, SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, SUPER-VÍDEO, DVI-D, REDE ETHERNET, RS232C; • MÓDULO DE ECG (OPCIONAL) • 110-220V – 50/60HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO); CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE: • IMPRESSÃO ATRAVÉS DE IMPRESSORA EXTERNA VIA USB COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES POR PÁGINA • POSSUI PELO MENOS 50 PRESET'S AJUSTÁVEIS (SUPERIOR OPCIONAL); • 500 GB DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO (SUPERIOR OPCIONAL); • PROFUNDIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 32.0CM; • MEMÓRIA DE CINE DE PELO MENOS 9.000 QUADROS; • FAIXA DINÂMICA DE PELO MENOS 220 DB; • FRAME-RATE DE PELO MENOS 1000 QUADROS POR SEGUNDO; SO_WARE E RECURSOS (CONFIG. BÁSICA): • AUTO FIT - AJUSTE AUTOMÁTICO DO GANHO GERAL, LATERAL E DE PROFUNDIDADE EM MODO B E AJUSTE AUTOMÁTICO DA ESCALA/LINHA DE BASE DO ESPECTRO EM MODO DOPPLER; • NANOVIEW/SR - SPECKLE REDUCTION (SO_WARE DE RM); • POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FÓRMULAS, TABELAS E NOVAS MEDIDAS; • IMAGEM TRAPEZOIDAL EM TEMPO REAL COM 20% AUMENTO PARA TRANSDUTOR LINEAR; • HPRF; • MFI (MACRO FIDELITY IMAGING) • MODO B, 2B, 4B, M, POWER DOPPLER DIRECIONAL, CW, M, PW; B/M, CFM, B/C, PWD, CPA, DPA, B+CFM, B+CPA, B+DPA, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, TRIPLEX/DUPLEX; • MODO COMPARAÇÃO EM TEMPO REAL E SIMULTÂNEO (B+BC); • HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO PARA TODOS TRANSDUTORES E IMAGENS EM MOVIMENTO; • 3D FREE HAND; • CÁLCULOS AUTOMÁTICOS PARA TODOS MODOS; • DICOM 3.0 FULL (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST); • AUTO-IMT: MEDIDA AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; • PERMITE EXPORTAR VÍDEOS/IMAGENS DICOM, JPEG, BMP, PNG E AVI; • POSSUI PRÉ E PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/MEDIDAS; • PACOTE DE MEDIDAS COMPLETO: MODO M: ACELERAÇÃO, DISTÂNCIA, TEMPO, FC, FUNÇÃO VE E OUTRAS; MODO B: ÁREA, CIRCUNFERÊNCIA, ESTENOSE, ÂNGULO, VOLUME, DISTÂNCIA, FUNÇÃO VE E OUTRAS; DOPPLER: ACELERAÇÃO, VELOCIDADE, TEMPO, FC, VOLUME DE FLUXO, RELAÇÃO SÍSTOLE/DIÁSTOLE, IR E IP COM TRAÇADO AUTOMÁTICO, GRADIENTE DE PRESSÃO, "PRESSURE HALT TIME";		
--	--	--

IV - PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE 0000008

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

O equipamento a ser adquirido será requisitado tão logo ocorra à publicação do contrato. Devendo ser entregues conforme mediante as solicitações da secretaria de saúde do município.

V – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO

O equipamento dever ser entregue num prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação e mediante requisição de compras.

VI – LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

O equipamento objeto desta contratação, devera ser entregue na sede da secretaria municipal de saúde de São Jorge D' Oeste, situada na Rua Campos Novos, nº 552, centro, CEP 85575-000, sem nenhum ônus de entrega.

VII - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Servidora Lisei de Cassia Bitanti Costa Gross, da Secretaria Municipal de saúde, cujo CPF nº 931.606.310-87, e-mail saude@pmsjorge.pr.gov.br, telefone (46) 35348083 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.



Rozi Terezinha Marmitt
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº4698/2025

000009

**COMPRA DE UM APARELHO DE ULTRASSOM**

De orçamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>

Para <comercial@minasindustria.ind.br>

Data 18/03/2026 16:25

OFICIO 90 PREFEITO-COMPRA DO ULTRASSOM assinado-1.pdf (~215 KB)

Boa tarde, tudo bem?

Meu nome é Liomar Siega, sou do Departamento de Compras do Município de São Jorge d' Oeste-Pr; e venho através deste encaminhar a Vsa. Senhoria pedido de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2026, Pregão 007/2025 do Consorcio Intermunicipal Multifinalitario de Minas Gerais- Comgranbel para aquisição de 1(um) Aparelho de Ultrassom, para nosso município.

Em anexo a este email, segue Oficio para o Aceite ao fornecimento.

Agradeço a atenção e desde já agradecemos se formos atendidos em nosso pedido.

Atenciosamente

Liomar Siega

Depto de Compras Municipal

000010



SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



De orçamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <licitacoescontratos@comgranbel.mg.gov.br>
Data 18/03/2026 16:23

OFICIO 90 PREFEITO-COMPRA DO ULTRASSOM assinado-1.pdf (~215 KB)

Boa tarde, tudo bem?

Meu nome é Liomar Siega, sou do Departamento de Compras do Município de São Jorge d'Oeste-Pr; e venho através deste encaminhar a Vsa. Senhoria pedido de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2026, Pregão 007/2025 do Consorcio Intermunicipal Multifinalitario de Minas Gerais- Comgranbel para aquisição de 1(um) Aparelho de Ultrassom, para nosso município.

Em anexo a este email, segue Oficio para o Aceite à Adesão.

Agradeço a atenção e desde já agradecemos se formos atendidos em nosso pedido.

Atenciosamente

Liomar Siega

Depto de Compras Municipal



000011

Re: COMPRA DE UM APARELHO DE ULTRASSOM

De Bernardo Augusto <bernardo@minasindustria.ind.br>
Para orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>, <comercial@minasindustria.ind.br>
Data 18/03/2026 16:55

OFÍCIO Nº 90-2026.pdf (~903 KB)

Boa tarde,

Conforme solicitado, encaminhamos em anexo o Ofício de Aceite autorizando a adesão à Ata de Registro de Preços.

Para facilitar a conferência e dar transparência ao processo, seguem abaixo os links oficiais da contratação e dos documentos do certame:

Acesso à contratação – Licitar Digital

<https://app2.licitardigital.com.br/pesquisa/84515>

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP

<https://pncp.gov.br/app/editais/53249431000152/2025/13>

Documentos completos do processo

<https://drive.google.com/drive/folders/1vu9YG6qEBVYoAwj5-Tkl2pspSZGcZrQE?usp=sharing>

Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento ou apoio na formalização da contratação.

Atenciosamente,

Bernardo Augusto

Comercial

Celular/WhatsApp: (31) 99460-2860

Minas Industria

www.minasindustria.com.br

De: orcamento <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>

Data: quarta-feira, 18 de março de 2026 às 16:23

Para: <comercial@minasindustria.ind.br>

Assunto: COMPRA DE UM APARELHO DE ULTRASSOM

Boa tarde, tudo bem?

Meu nome é Liomar Siega, sou do Departamento de Compras do Município de São Jorge d'Oeste-Pr; e venho através deste encaminhar a Vsa. Senhoria pedido de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2026, Pregão 007/2025 do Consorcio Intermunicipal Multifinalitario de Minas Gerais- Comgranbel para aquisição de 1(um) Aparelho de Ultrassom, para nosso município.

Em anexo a este email, segue Ofício para o Aceite ao fornecimento.

Agradeço a atenção e desde já agradecemos se formos atendidos em nosso pedido.

Atenciosamente

Liomar Siega

Depto de Compras Municipal

000012



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000013

São Jorge d' Oeste – Paraná, 18 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ
OFÍCIO Nº 90/2026

Órgão Gerenciador:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE MINAS GERAIS – COMGRANBEL

CNPJ: 53.249.431/0001-52

Presidente, Sr. José Winston da Silva

ENDEREÇO: Rua Matias Cardoso, nº 11, 4º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG - CEP - 30.170-050

E-MAIL: licitacoescontratos@comgranbel.mg.gov.br

Empresa Vencedora:

MINAS INDUSTRIA DE MÓVEIS HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 34.237.336/0001-94

Rua Maria Claudina Rocha Silva, 150, Areias (Justinópolis), Ribeirão Das Neves, Minas Gerais, Cep: 33.920-005

E-MAIL: comercial@minasindustria.ind.br

TELEFONE: (31) 99460-2860

Ata de Registro de Preços n. 010/2026

Pregão Eletrônico n. 007/2025

Processo Licitatório n. 014/2025

Referente:

ADESÃO À **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2026** – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025

Prezado(a) Senhor(a),

Com amparo no art. 22º, §1º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à ARP realizada por este Consórcio, através de sua Comissão de Licitação.

Conforme tabela abaixo:

COD. ITEM	ITEM	MARCA	CLASSIFICAÇÃO	R\$ VALOR SUGERIDO	R\$ VALOR COM DESCONTO (-4,41%)	QTD	R\$ VALOR TOTAL
11422	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA	MARCA: ALFAMED MODELO: MAGUNS A5 LIENAR/CONVEXO PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL EM AVANÇADA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE 132.256 CANAIS; • MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 1366X768	MÉDICO ASSISTENCIAL	R\$ 179.667,00	R\$ 171.743,64	1	R\$ 171.743,64



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000014



PIXELS, 19" COM BRAÇO ARTICULADO;
 • MONITOR LCD TOUCHSCREEN DE 8.4";
 • AJUSTE DE ROTAÇÃO DO PAINEL;
 • GRAVADOR DE CD/DVD INTEGRADO;
 • TRANSDUTORES ELETRÔNICOS MULTIFREQUÊNCIAS DE BANDA LARGA;
 • 4 PORTAS ATIVAS SIMULTÂNEAS PARA CONEXÃO DE TRANSDUTOR VIA PAINEL DE CONTROLE;
 • PAINEL DE CONTROLE COM TECLADO ALFANUMÉRICO, TRACKBALL, TCG COM 8 POTENCIÔMETROS;
 • MULTI-FOCUS AJUSTÁVEIS;
 • AJUSTE DA FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES DE NO MÍNIMO 5 FREQUÊNCIAS DIFERENTES PARA MODO B;
 • ESCALA DE CINZA DE 256 NÍVEIS;
 • ZOOM READ/WRITE LOCALIZADO E CENTRAL EM TEMPO REAL E EM IMAGEM CONGELADA;
 • 4 CONEXÕES USB, SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, SUPER-VÍDEO, DVI-D, REDE ETHERNET, RS232C;
 • MÓDULO DE ECG (OPCIONAL)
 • 110-220V – 50/60HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO);
 CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE:
 • IMPRESSÃO ATRAVÉS DE IMPRESSORA EXTERNA VIA USB COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES POR PÁGINA
 • POSSUI PELO MENOS 50 PRESET'S AJUSTÁVEIS (SUPERIOR OPCIONAL);
 • 500 GB DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO (SUPERIOR OPCIONAL);
 • PROFUNDIDADE DE LEITURA DE PELO MENOS 32.0CM;
 • MEMÓRIA DE CINE DE PELO MENOS 9.000 QUADROS;
 • FAIXA DINÂMICA DE PELO MENOS 220 DB;
 • FRAME-RATE DE PELO MENOS 1000 QUADROS POR SEGUNDO;



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

000015

		SO_WARE E RECURSOS (CONFIG. BÁSICA): • AUTO FIT - AJUSTE AUTOMÁTICO DO GANHO GERAL, LATERAL E DE PROFUNDIDADE EM MODO B E AJUSTE AUTOMÁTICO DA ESCALA/LINHA DE BASE DO ESPECTRO EM MODO DOPPLER; • NANOVIEW/SR - SPECKLE REDUCTION (SO_WARE DE RM); • POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE FÓRMULAS, TABELAS E NOVAS MEDIDAS; • IMAGEM TRAPEZOIDAL EM TEMPO REAL COM 20% AUMENTO PARA TRANSDUTOR LINEAR; • HPRF; • MFI (MACRO FIDELITY IMAGING) • MODO B, 2B, 4B, M, POWER DOPPLER DIRECIONAL, CW, M, PW; B/M, CFM, B/C, PWD, CPA, DPA, B+CFM, B+CPA, B+DPA, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, TRIPLEX/DUPLEX; • MODO COMPARAÇÃO EM TEMPO REAL E SIMULTÂNEO (B+BC); • HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO PARA TODOS TRANSDUTORES E IMAGENS EM MOVIMENTO; • 3D FREE HAND; • CÁLCULOS AUTOMÁTICOS PARA TODOS MODOS; • DICOM 3.0 FULL (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT, QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST); • AUTO-IMT: MEDIDA AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; • PERMITE EXPORTAR VÍDEOS/IMAGENS DICOM, JPEG, BMP, PNG E AVI; • POSSUI PRÉ E PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/MEDIDAS; • PACOTE DE MEDIDAS COMPLETO: - MODO M: ACELERAÇÃO, DISTÂNCIA, TEMPO, FC, FUNÇÃO VE E OUTRAS; - MODO B: ÁREA,				
--	--	--	--	--	--	--

000016



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

		CIRCUNFERÊNCIA, ESTENOSE, ÂNGULO, VOLUME, DISTÂNCIA, FUNÇÃO VE E OUTRAS; DOPPLER: ACELERAÇÃO, VELOCIDADE, TEMPO, FC, VOLUME DE FLUXO, RELAÇÃO SÍSTOLE/DIÁSTOLE, IR E IP COM TRAÇADO AUTOMÁTICO, GRADIENTE DE PRESSÃO, "PRESSURE HALT TIME";					
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

GILMAR PAIXÃO

Data: 18/03/2026 15:59:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
RESPONSÁVEL