



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

0005

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90023/2026

MEMORANDO REQUISITANTE



Memorando nº 138/2026

São Jorge D'Oeste/Pr, 23 de Março de 2026.

Da: Secretaria de Saúde

Para: Secretaria de Administração – Equipe de Licitações

I - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatório através de registro de preço objetivando a futura ou eventual aquisição de materiais de uso ambulatorial para unidades publicas de saúde do município de São Jorge D' Oeste.

II –JUSTIFICATIVA

A contratação justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais ambulatoriais destinados à manutenção e ao adequado funcionamento dos serviços de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Tais materiais são essenciais para a realização de atendimentos clínicos, procedimentos ambulatoriais, curativos, triagens e demais ações assistenciais desenvolvidas nas unidades de saúde do município.

Considerando que os atendimentos realizados na rede municipal de saúde dependem diretamente da disponibilidade contínua de insumos e materiais ambulatoriais, a aquisição se faz necessária para garantir a qualidade, segurança e eficiência na assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. A ausência ou insuficiência desses materiais pode comprometer a execução de procedimentos básicos, ocasionar atrasos nos atendimentos e prejudicar a continuidade do cuidado aos pacientes.

Ressalta-se, ainda, que a demanda por materiais ambulatoriais é constante e varia conforme o volume de atendimentos realizados nas unidades de saúde, incluindo consultas médicas, atendimentos de enfermagem, procedimentos ambulatoriais e ações de acompanhamento de pacientes. Dessa forma, a aquisição visa assegurar o abastecimento regular das unidades, evitando desabastecimentos e garantindo condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde à população.

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

0007

Item	Produto	Qtde.	Unidade
1.	AGULHA HIPODÉRMICA Descartável, 13 x 0,45 mm (26G x 1/2"), estéril, atóxica, apirogênica. Cânula em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado para facilitar a penetração e reduzir o trauma. Canhão em polipropileno atóxico, colorido de acordo com padrão ISO 6009:1992 (identificação de calibre). Deve possuir protetor de agulha garantindo a integridade da esterilização. Embalagem individual tipo 'blister' ou 'papel grau cirúrgico'.	UN	2000
2.	Aspirador portátil de secreção bomba de aspiração a vácuo leve e de fácil manejo: inclui bomba de vácuo, frasco coletor com capacidade de 1,3 litros, tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 2 m de tubo de silicone; especificações: motor: 1/30 hp, voltagem: bivolt, vácuo máximo de 22 polegadas de hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15 lt/min, peso 2,3 kg.	03	UN
3.	ATADURA DE RAYON estéril, 7,5X5cm, confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon, macia, absorvente, atóxica e apirogênica. Apresentar bordas sem fios soltos (ou sem lanugem), bem distribuída e sem defeitos físicos. Esterilizada a gás óxido de etileno. Embalagem individual e inviolável, contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.		
4.	Caixa plástica organizadora 20 Litros, com tampa, produzidas 100% em plástico polipropileno e transparente	100	UND
5.	Caixa plástica organizadora 70 Litros, com tampa, produzidas 100% em plástico polipropileno e transparente	50	UND
6.	Caixa Térmica 60 Litros C/ Rodinha Parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido, possuir alça telescópica	7	und
7.	Cesta Organizadora Media Branca em Polipropileno Medida Externa (AxLxP) 12.5x29x19cm aproximadamente	250	UND
8.	Clorexidina embalagem com 1 litro. Gliconato de clorexidina 2 (Solução Aquosa). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa N° 107/2016. AFE N° 1.01.520-1.	240	Litros
9.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico fosco (Branco Leitoso) Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	UN	300
10.	COLETOR UNIVERSAL não estéril material: plástico transparente, Copo plástico descartável, não estéril, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10ml gravada. Embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega CÓDIGO BR NÃO CONSTA	UN	300
11.	ELETRODO PARA ECG ADULTO E INFANTIL 44x32mm c/50un Não invasivos e hipo-alérgicos são utilizados como meio condutor entre o paciente e o aparelho de diagnóstico. Os eletrodos podem ser usados para aplicações de curta ou longa duração, por até 3 dias (72hs). Utilizado em Monitorização de Eletrocardiograma, teste ergométrico, holter, entre outros. Com Adesivo de Aderência eficiente para aplicações de Longa Duração. Composto por Capa Plástica que mantém a umidade do gel. Fabricado em espuma de alta densidade. Gel sólido de Cloreto de Potássio protegido contra ressecamento por um anel plástico. Contém 50 unidades de Eletrodo ECG Descartável.	300,00	PCT
12.	ESPUMA ANTISSEPTICA Para refil para dispenser, (saboneteira) concentração de ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM, ou outra substancia que tenha ação antisséptica comprovada, de uso tópico, dermatologicamente testado e hipoalergênico, que não	500,00	UN



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

0008

	necessita de enxague, deve eliminar no mínimo 99,9% das bactérias e germes em no mínimo 15 segundos, ser de fácil utilização, evaporação. Refil de 800 ml, deve ser de indicação de uso hospitalar. O vencedor deverá enviar uma amostra do produto para aprovação da secretaria de saúde, assim como a ficha técnica do produto para aprovação. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega Código BR não consta.		
13.	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO. Tam. DE 2,0 a 8,0 ref: 100/120/200 Embalado individualmente. Esterilizado em Óxido de Etileno. Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR NÃO CONSTA.	10,00	UN
14.	FITA ADESIVA Hospitalar - Crepe -19mm x 50m, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, responsável técnico, prazo de validade nº lote e nº registro da ANVISA, Com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega Código BR 0350646	UN	300
15.	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO 300ml Frasco transparente com medidor visível, Tampa rosqueada, Com dispositivo para fixação em suporte, Embalado individualmente.	6.000	UN
16.	Leitor de Código de Barras Usb- Design ergonômico, Utilização simples e fácil, Botão de captura, Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras, Sistema antichoque de proteção contra queda, suporte a mult linguagem, Conexão USB, Sensor Laser	6	und
17.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% fibra celulose virgem, isento de impurezas dimensões: cerca de 70 cm x 50 m, apresentação 1:em rolo. Cor: Branca. Com prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481789	UN	500
18.	LENÇOL DESCARTÁVEL uso hospitalar, materia prima:100% polipropileno, não tecido TNT, gramatura 1:cerca de 40 g/m2, dimensões: cerca de 100 x 200 cm, apresentação :com elástico. Pacotes com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses, a partir da data de entrega, deve possuir registro na Anvisa Código BR 0481798.	UN	1000
19.	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, Adulto (tipo: dedo) Visor LED, Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca, curva Plestimográfica, com capa protetora em Silicone, com no mínimo 1 ano de garantia, alimentação por pilha AAA. Código BR: 0441981	100	UND
20.	PAPEL CREPADO 20X20 cm, embalagem descartável para esterilização de material crepado 100% celulose, com gramatura de aprox. 60g/m², que oferece barreira microbiana eficaz através de porosidade controlada, mantendo a esterilidade do artigo por prazo superior ao proporcionado pelo tecido de algodão. É hipo-repelente, maleável, resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. Indicado para empacotamento de artigos hospitalares em geral, a serem esterilizados em autoclave a vapor ou óxido de etileno, e para esterilização industrial por radiação Gama e Beta. Caixa com 500 unidades. Código BR 0442437	CAIXA	300
21.	Seringa descartável de 50ml, atóxica, apirrogênica, em polipropileno transparente, com escalas de graduação nítidas, bico Luer Lock (rosca) ou cateter, com êmbolo siliconizado para deslizamento suave, sem agulha, estéril (óxido de etileno ou raios gama).	UN	1000
22.	Sonda de Gastrostomia em silicone com balão (Tipo Padrão) tam. 20 Fr	10	UN
23.	TALA MOLDÁVEL ARAMADA Tamanho GG Maleável, galvanizada, em EVA Tamanho GG com aproximadamente 86,5x10cm, com no mínimo 4mm, revestida com material emborrachado, que permita a lavagem e desinfecção, colorida nas cores padrão para resgate (Verde), não necessita de água quente ou vapor para aplicação. Código BR não consta.	100,00	UN
24.	Termômetro clínico digital axilar Visor digital de fácil visualização, 100% resistente à água, Beep sonoro indicando fim de medição, Memória da última medição, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Bateria substituível, bateria de lítio de 1.5/1.55 V	30	UND
25.	TESTE RÁPIDO (hCG) Imunocromatográfico para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras humanas de soro, plasma e urina. Sensibilidade aproximadamente: em 99%; Especificidade: 99%; Tempo de leitura entre: 5 e 7 minutos 01 Kit com 50 testes para hCG 10 mUI. Caixa com 50	10,00	CX



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

0009

	testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.		
26.	Teste rápido chikungunya MLO2. Detecção qualitativa dos anticorpos IgC e IgM contra o vírus da Chikungunya. Amostra: Sangu Total, Soro ou Plasma, com resultados em 15 minutos. Registro na ANVISA/MS: 80560310052. Itens ibclusos na caixa: 25 dispositivos de teste; 25 conta-gotas; 01 solução tampão (3ml); 01 instrução de uso. Prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega do produto.	50	CX
27.	Teste rápido para dengue Imunocromatográfico, em cassete, para determinação qualitativa, detecção e diferenciação simultânea de anticorpos NS1 anti-Dengue vírus, Sensibilidade mínima de 95,8% e especificidade é de 96,2%. O teste pode ser realizado em soro, plasma ou sangue total humano, Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção, Resultados em 10 minutos. Deve possuir Registro ANVISA. Apresentação: caixa com 25 testes. Materiais fornecidos: Dispositivo de teste, conta-gota, solução tampa e instruções de uso. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código Br: não consta.	150,00	CX
28.	Teste rápido para detecção de COVID-19 Ag, (IGM/IGG) Por ensaio imunocromatográfico, realiza a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab coletadas da nasofaringe e/ou orofaringe (nariz ou boca). Deve possuir sensibilidade acima de 90% e especificidade acima de 99%, e o resultado sai em até 20 minutos. Kit composto por dispositivos teste, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril para coleta e instruções de uso. Cx com 25 testes. Prazo de validade mínimo de 12 meses após a data da entrega. Código BR não consta.	100,00	CX
29.	Tiras para controle de glicemia diabetes injex sens ii Caixas de 50un, para uso com o glicosímetro injex sens, método de análise eletroquímico, tira com "ponta" que permite fácil aspiração de amostra do sangue, tipo de amostra: sangue capilar, tempo de leitura: 5 seg, variação de medição de 20 a 600 mg/dl. Composição química: glicose oxidase e hexamineruthenium (i) clorídrico, exatidão com registro na ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código Br não consta.	1.500,00	CX
30.	TIRAS reagentes para glicosímetro Compatíveis com a MARCA ACCU-CHEK . Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega do produto na unidade requisitante. Código BR não consta.	1.500,00	CX
31.	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Fabricado com silicone 100% puro, Cor Natural, Indicado pra laboratórios e hospitais, Parede interna lisa de espessura uniforme, Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a gás óxido de etileno ou autoclave, Resistente a produtos químicos, Isento de aroma ou perfume, Embalagem com meadas de 15 metros, medida 06,00 x 10,00 mm. Código BR não consta.	30,00	PCT
32.	TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE Fabricado com silicone 100% puro, Cor Natural, Indicado pra laboratórios e hospitais, Parede interna lisa de espessura uniforme, Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a gás óxido de etileno ou autoclave, Resistente a produtos químicos, Isento de aroma ou perfume, Embalagem com meadas de 15 metros, medida 06,00 x 10,00 mm. Código BR não consta.	40	PCT

IV – PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO

60 dias corridos.

V – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO



Até 15 dias úteis após a solicitação mediante envio da requisição de compras a contratada. Os Itens serão solicitados de forma fracionada conforme a necessidade e mediante solicitação da secretaria municipal de saúde por um período mínimo de 12 meses.

VI – LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

Os materiais objeto desta licitação, deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria de saúde do Município de São Jorge D'Oeste/Pr, junto ao almoxarifado da secretaria municipal de saúde situado na Av. Santa Catarina SN, ou na sede da secretaria municipal de saúde situada na Rua Campos Novos nº 552, CEP 85575-000, Centro.

VII - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo servidor Leandro Romario Barbosa Pontes, da Secretaria Municipal de saúde, cujo CPF nº 076.646.369-90, e-mail almoxarifadosaude@pmsjorge.pr.gov.br, telefone (46) 35348050 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.


Rozi Terezinha Marmitt
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº4698/2025



Memorando nº 171/2026

São Jorge D'Oeste/Pr, 09 de Abril de 2026.

Da: Secretaria de Saúde

Para: Secretaria de Administração – Equipe de Licitações

Solicito por meio deste, ao setor de licitações a inclusão do item Teste rápido do tipo imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno HBsAg, no processo licitatório destinado ao registro de preços para aquisição de materiais ambulatoriais/hospitalares, memorando nº 138/2026 da secretaria municipal de saúde. Tal solicitação justifica-se devido a este item ser fornecido pela secretaria de estado da saúde – SESA, dessa forma não sendo necessário a aquisição pelo município, no entanto, devido ao desabastecimento do item pelo estado não esta sendo fornecido a quantidade necessária para o município, sendo necessária a compra para garantir o abastecimento das unidades.

Justificativa

A presente solicitação reveste-se de caráter de urgência, em razão da descontinuidade no fornecimento regular dos insumos por parte da Secretaria de Estado da Saúde, sem comunicação prévia aos municípios. Ressalta-se que, desde a implantação da testagem rápida, o abastecimento era realizado de forma contínua pelo ente estadual; entretanto, a partir do mês de fevereiro, passou-se a receber quantitativo reduzido, limitado a aproximadamente duas caixas mensais, número este insuficiente para suprir a demanda das unidades de saúde.

O teste rápido para detecção da Hepatite B constitui ferramenta essencial nas ações de vigilância em saúde, sendo amplamente utilizado em campanhas, no acompanhamento de gestantes durante o pré-natal e na testagem de pacientes que buscam atendimento nas unidades de saúde. Trata-se de exame de triagem com elevada confiabilidade, de fácil execução e que possibilita diagnóstico oportuno, sendo indispensável para a identificação precoce de casos e adoção de medidas de prevenção e controle.

Diante do cenário de desabastecimento e da relevância do insumo para a manutenção das ações assistenciais e de vigilância epidemiológica fim de evitar prejuízos à continuidade dos serviços de saúde e riscos à saúde pública.

Item	Produto	Qtde.	Unidade
1.	Teste rápido do tipo imunocromatográfico, para detecção qualitativa	60	Caixa



do antígeno HBsAg; Utilização em amostras de sangue total, soro ou plasma. Método de fácil execução, sem necessidade de equipamentos laboratoriais. Tempo de leitura do resultado: máximo de 15 minutos; Sensibilidade mínima: $\geq 99\%$; Especificidade mínima: $\geq 99\%$; Apresentação em dispositivos individuais (cassete, tira ou similar), com todos os componentes necessários para realização do teste; Fornecimento de acessórios inclusos (lanceta estéril, pipeta/capilar, solução tampão/reagente, conforme aplicável); Produto pronto para uso, sem necessidade de preparo prévio; Armazenamento em temperatura ambiente, conforme especificação do fabricante (geralmente entre 2°C e 30°C); Embalagem individual contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade, caixa com no mínimo 25 testes cada caixa. Produto devidamente registrado ou notificado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega;		
--	--	--


Rozi Terezinha Marmitt
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº4698/2025



Memorando nº 173/2026

São Jorge D'Oeste/Pr, 13 de Abril de 2026.

Da: Secretaria de Saúde**Para: Secretaria de Administração – Equipe de Licitações****I -DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Venho por meio deste solicitar, ao setor de licitações a inclusão dos seguintes itens no processo licitatório destinado a aquisição de materiais hospitalares/ambulatoriais para unidades públicas de saúde do município de São Jorge D' Oeste.

II –JUSTIFICATIVA

Trata-se de itens que não foram inclusos na primeira relação de materiais, que após finalizado levantamento das quantidades em estoque, dos contratos vigentes e dos saldos disponíveis, justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais ambulatoriais destinados à manutenção e ao adequado funcionamento dos serviços de saúde prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Tais materiais são essenciais para a realização de atendimentos clínicos, procedimentos ambulatoriais, curativos, triagens e demais ações assistenciais desenvolvidas nas unidades de saúde do município.

Considerando que os atendimentos realizados na rede municipal de saúde dependem diretamente da disponibilidade contínua de insumos e materiais ambulatoriais, a aquisição se faz necessária para garantir a qualidade, segurança e eficiência na assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. A ausência ou insuficiência desses materiais pode comprometer a execução de procedimentos básicos, ocasionar atrasos nos atendimentos e prejudicar a continuidade do cuidado aos pacientes.

Ressalta-se, ainda, que a demanda por materiais ambulatoriais é constante e varia conforme o volume de atendimentos realizados nas unidades de saúde, incluindo consultas médicas, atendimentos de enfermagem, procedimentos ambulatoriais e ações de acompanhamento de pacientes. Dessa forma, a aquisição visa assegurar o abastecimento regular das unidades, evitando desabastecimentos e garantindo condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde à população.



III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

Item	Produto	Qtde.	Unidade
1.	EQUIPO MULTIVIA COM CLAMP, duas vias. Estéril, apirogênico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e nº registro da Anvisa. Código BR 0459685	2000	UND
2.	Aspirador portátil de secreção bomba de aspiração a vácuo leve e de fácil manejo: inclui bomba de vácuo, frasco coletor com capacidade de 1,3 litros, tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 2 m de tubo de silicone; especificações: motor: 1/30 hp, voltagem: bivolt, vácuo máximo de 22 polegadas de hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15 lt/min, peso 2,3 kg.	03	UND
3.	ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO – COMPATÍVEIS COM MONITOR/DEFIBRILADOR CMOS DRAKE eletrodos adesivos descartáveis, indicados para desfibrilação, cardioversão e monitorização cardíaca, compatíveis com monitores/defibriladores da linha CMOS Drake. Confeccionados com material de alta condutividade, contendo gel condutor sólido (hidrogel), possui revestimento adesivo hipoalergênico, com boa fixação, mesmo em condições adversas, minimizando risco de deslocamento durante o uso, apresentam sistema de conexão compatível com o equipamento, com cabo integrado ou conector padrão do fabricante, indicado para uso adulto, com identificação clara no próprio eletrodo quanto ao posicionamento correto no paciente (anterior/lateral ou anterior/posterior), produto estéril (quando aplicável), de uso único, embalado individualmente. Deve atender às normas técnicas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e possuir registro ou cadastro ativo no órgão competente.	100	UND
4.	ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO – COMPATÍVEIS COM MONITOR/DEFIBRILADOR CMOS DRAKE eletrodos adesivos descartáveis, indicados para desfibrilação, cardioversão e monitorização cardíaca, compatíveis com monitores/defibriladores da linha CMOS Drake. Confeccionados com material de alta condutividade, contendo gel condutor sólido (hidrogel), possui revestimento adesivo hipoalergênico, com boa fixação, mesmo em condições adversas, minimizando risco de deslocamento durante o uso, apresentam sistema de conexão compatível com o equipamento, com cabo integrado ou conector padrão do fabricante, indicado para uso pediátrico, com identificação clara no próprio eletrodo quanto ao posicionamento correto no paciente (anterior/lateral ou anterior/posterior), produto estéril (quando aplicável), de uso único, embalado individualmente. Deve atender às normas técnicas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e possuir registro ou cadastro ativo no órgão competente.	20	UND
5.	PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO – TIPO EASY SHOCK pás adesivas descartáveis para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada e monitorização cardíaca, tipo Easy Shock, compatíveis com defibriladores que utilizam tecnologia de eletrodos autoadesivos. Confeccionadas com material de alta condutividade elétrica, contendo gel condutor sólido (hidrogel), que proporciona baixa impedância, rápida condução de energia e melhor eficiência na desfibrilação, possui adesivo de alta fixação, hipoalergênico, garantindo aderência segura à pele do paciente durante todo o procedimento, mesmo em situações de emergência, apresentem identificação clara e permanente na superfície das pás quanto ao posicionamento correto (anterior/lateral ou anterior/posterior), equipadas com cabo pré-conectado e conector compatível com o equipamento, permitindo uso imediato, indicado para pacientes adultos, conforme especificação, podendo ser utilizadas em atendimentos de urgência e emergência, unidades hospitalares e pré-hospitalares, produto de uso único, não reutilizável, embalado individualmente, garantindo integridade e segurança até o momento do uso. Deve atender às normas técnicas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e possuir registro ou cadastro ativo no órgão competente.	100	UND



6.	PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO – TIPO EASY SHOCK pás adesivas descartáveis para desfibrilação externa, cardioversão sincronizada e monitorização cardíaca, tipo Easy Shock, compatíveis com desfibriladores que utilizam tecnologia de eletrodos autoadesivos. Confeccionadas com material de alta condutividade elétrica, contendo gel condutor sólido (hidrogel), que proporciona baixa impedância, rápida condução de energia e melhor eficiência na desfibrilação, possua adesivo de alta fixação, hipoalergênico, garantindo aderência segura à pele do paciente durante todo o procedimento, mesmo em situações de emergência, apresentem identificação clara e permanente na superfície das pás quanto ao posicionamento correto (anterior/lateral ou anterior/posterior), equipadas com cabo pré-conectado e conector compatível com o equipamento, permitindo uso imediato, indicado para pacientes pediátricos, conforme especificação, podendo ser utilizadas em atendimentos de urgência e emergência, unidades hospitalares e pré-hospitalares, produto de uso único, não reutilizável, embalado individualmente, garantindo integridade e segurança até o momento do uso. Deve atender às normas técnicas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e possuir registro ou cadastro ativo no órgão competente.	20	UND
7.	MANITOL 20% 250 ml	1200	UND
8.	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL dispositivo médico-hospitalar destinado à oclusão do cordão umbilical de recém-nascidos, fabricado em material plástico atóxico, resistente e livre de látex, com sistema de travamento seguro (tipo click) que impeça a reabertura após o fechamento, produto de uso único, estéril, embalado individualmente, deve possuir superfície lisa, sem rebarbas ou imperfeições, com bordas arredondadas, apresentar formato anatômico que permita fácil manuseio e aplicação, com ranhuras internas ou sistema de pressão que assegure a oclusão eficaz do cordão, deve ser fornecido em tamanho padrão neonatal, com coloração que facilite a visualização durante o procedimento. Produto deve atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, possuir registro válido e estar de acordo com as boas práticas de fabricação.	200	UND
9.	TIRAS reagentes para glicosímetro compatíveis com a MARCA ACCU-CHEK . Caixa com 50 unidades. Embalagem individual resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Código BR não consta.	300	CX
10.	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL equipamento portátil, não invasivo, destinado à medição da saturação de oxigênio no sangue (SpO ₂) e da frequência cardíaca em pacientes pediátricos, possuir visor digital (LED, LCD ou OLED) de fácil leitura, com exibição simultânea dos valores de SpO ₂ e pulso, além de indicador de intensidade de pulso (barra gráfica ou curva pletismográfica), equipamento compacto e leve, com funcionamento por meio de sensor tipo clip pediátrico (adequado para dedos de crianças).	30	UND

IV – PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO

60 dias corridos.

V – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO

Até 15 dias úteis após a solicitação mediante envio da requisição de compras a contratada. Os Itens serão solicitados de forma fracionada conforme a necessidade e mediante solicitação da secretaria municipal de saúde por um período mínimo de 12 meses.

VI – LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO



Os materiais objeto desta licitação, deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria de saúde do Município de São Jorge D'Oeste/Pr, junto ao almoxarifado da secretaria municipal de saúde situado na Av. Santa Catarina SN, ou na sede da secretaria municipal de saúde situada na Rua Campos Novos nº 552, CEP 85575-000, Centro.

VII - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo servidor Leandro Romário Barbosa Pontes, da Secretaria Municipal de saúde, cujo CPF nº 076.646.369-90, e-mail almoxarifadosaude@pmsjorge.pr.gov.br, telefone (46) 35348050 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.



Rozi Terezinha Marmitt
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº4698/2025



Memorando nº 177/2026

São Jorge D'Oeste/Pr, 14 de Abril de 2026.

Da: Secretaria de Saúde**Para: Secretaria de Administração – Equipe de Licitações****I - DESCRIÇÃO DO OBJETO**

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatório objetivando a aquisição de equipamentos e materiais de uso, ambulatorial e fisioterpeutico para uso nas unidades de saúde da secretaria municipal de saúde de São Jorge D' Oeste.

II –JUSTIFICATIVA

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de viabilizar a aquisição dos itens previstos no termo de adesão firmado entre o Município de São Jorge D'Oeste e o Estado do Paraná, no âmbito das Resoluções SESA nº 870/2021 e nº 860/2022. Tais resoluções têm por objeto o repasse de recursos financeiros destinados à aquisição de materiais permanentes e equipamentos, visando o fortalecimento da estrutura das Unidades Básicas de Saúde e a qualificação dos serviços prestados no Centro de Fisioterapia do município.

Entretanto, cumpre destacar que parte dos itens inicialmente previstos não foi adquirida até o presente momento, em razão de intercorrências nos processos licitatórios, tais como a ocorrência de itens fracassados e/ou desertos. Essa situação tem impedido a conclusão integral da execução do objeto pactuado, bem como a devida prestação de contas dos recursos recebidos, a qual permanece pendente justamente pela não efetivação das aquisições correspondentes. Ressalta-se que os materiais e equipamentos em questão são essenciais para o adequado desenvolvimento das atividades assistenciais, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento à população, ampliação da capacidade operacional das equipes de saúde e fortalecimento das ações de promoção, prevenção e reabilitação.

Ademais, considerando que os recursos financeiros encontram-se devidamente disponíveis, e que o Município assumiu, junto à Secretaria de Estado da Saúde, o compromisso formal de executar o objeto pactuado, torna-se imprescindível a adoção de medidas que viabilizem a aquisição dos itens remanescentes com a máxima celeridade. Dessa forma, a efetivação da presente aquisição permitirá não apenas a plena utilização dos recursos públicos disponibilizados, mas também a disponibilização dos equipamentos à população usuária do Sistema Único de Saúde, além de possibilitar o encerramento regular da prestação de contas junto ao ente estadual, em conformidade com as exigências legais e normativas vigentes.

Item	Produto	Qtd	Und
1.	Desfibrilador Externo Automático DEA. Possui a função básica de identificar automaticamente arritmias cardíacas para reverter em ritmo sinusal. Adulto e infantil. Deve possuir a função de identificar automaticamente arritmias cardíacas	4	UND

	para reverter em ritmo sinusal, atua de forma automática, deve possuir comandos de voz, texto, ícones intuitivos no display e beep audível, para orientar o socorrista durante o procedimento de atendimento às vítimas de parada cardiorrespiratória com sistema de Feedback de RPC, sistema automatizado que envia comandos de texto e voz em português para orientar o socorrista nas compressões torácicas de forma mais eficaz. Bateria de no mínimo 08 horas consecutivas de monitoramento ou até 200 choques de 150 joules. Choque 200 joules, Itens inclusos: Case para transporte, Carregador bivolt com bateria recarregável, Dois pares de eletrodos adesivos descartável adultos e infantis, Certificado de garantia de no mínimo um ano após entrega, Manual do usuário.		
2.	Aparelho de pilates Reformer. Equipamento utilizado para atividade física. Couro e espuma densa de EVA feitas para durar e prover o máximo de conforto. Equipado com 5 molas (4 com tensão total, uma com meia tensão). Conta com 3 posições de encaixe das molas, 6 posições do carrinho deslizante, 3 posições de descanso da cabeça, 4 posições da barra de apoio.	1	UND
3.	Bandagem elástica. Material para cinesioterapia: Bandagem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm	10	UND
4.	Bola Bosu. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg.	01	UND
5.	Bola medicinal. Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso aproximado de 04 Kg.	01	UND
6.	Bola medicinal. Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso de aproximado de 02 Kg.	01	UND
7.	Conjunto de Rolo e Bola de Massagem. Contendo 1 - BASTÃO COM BOLAS CRAVO 1- ROLO DE LIBERAÇÃO COM RANHURAS 1 - BOLA LACROSE DE LIBERAÇÃO. Bastão de massagem com espinhos é ideal para massagem, estimulação dos músculos e relaxamento, fisioterapia, hidroterapia e hidroginástica, uso na água ou na piscina, hidroterapia e hidroginástica, melhora a circulação sanguínea. Dimensões aproximadas do produto. Comprimento: 43 cm, diâmetro: 6 cm, peso: 220g. Rolo de liberação c/ ranhuras: rolo de yoga pilates liberação miofascial. Possui textura na superfície, oferecendo massagem profunda, superfície rígida, mas flexível, material: EVA e PVC, dimensões aproximada: diâmetro: 13,5 cm comprimento: 33 cm. Bola de massagem para liberação miofascial lacrosse DIMENSÃO aprox.: 6,5CM de diâmetro	02	CON J.
8.	Extensor De Dedos Fisioterapia Reabilitação Fortalecimento: Material: silicone de alta qualidade, resistente, elástico e seguro, garantindo longa durabilidade mesmo com uso diário. Formato confortável que se adapta aos dedos. Kit com 3 unidades, com cores e resistências diferentes. (forte, médio  leve)	03	KIT
9.	HandGrip com Espuma: deve possuir mola; Material: Aço com Espuma Molas elásticas de aço, cabo de Espuma Dimensões Aproximadas: Comprimento do Cabo: 8,5cm; Comprimento (Cabo + Mola): 12,5cm; Espessura: 2cm; Peso aproximado: 200 gramas.	01	UND





			
10.	Kit 16 peças Tatame de EVA: Material para atividade física. Cobertura: película siliconizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.Acopolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno.Espessura: 40mm.	01	KIT
11.	Kit Bolas com resistência 5Cm: Exercitador Bolinha Mao Silicone Kit C/ 5 Resistências, Deve possuir níveis progressivos de resistência: - Extra Suave, Suave, Média,Forte, Extra Forte. Material: Borracha Termoplástica 100% TPR. Dimensões: diâmetro 4,5 cm / circunferência 16,0 cm.	03	KIT
12.	Maca: Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por courvimanticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm (CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg	2	UND
13.	Mesa carrinho auxiliar com gavetas: Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg	2	UND
14.	Multi Estação de musculação: Equipamento de Academia completa em um único aparelho, exercitar os músculos, como peito, abdômen, pernas, coxas, braços e ombros. Encosto anatômico, estofado e revestido em Couro; Assento estofado e revestido em Couro; Estrutura em metal; Capacidade aproximada de até 120Kg. Comprimento: 196cm / Largura: 154cm / Altura: 229cm	01	UND
15.	Tábua De Avds Para Terapia Ocupacional e Reabilitação Ortopédica: Equipamento utilizado para exercícios de coordenação motora e retorno de movimentos para punho, mãos e dedos. Dimensões Aproximadas: Material: Madeira, Dimensão: 55cm x 40cm x 10cm, Peso: 2 kg.	02	UND
16.	Tubo Elástico com mosquetão: Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de borracha. Resistência Leve.	02	UND
17.	Tubo Elástico com mosquetão: Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de borracha. Resistência Moderada.	02	UND
18.	Tubo Elástico com mosquetão: Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de borracha. Resistência Forte.	02	UND
19.	Tubo Fisioterápico: Material para estímulos sensoriais que relaxam os músculos doloridos e tensos ativando também a circulação sanguínea Dimensões aproximadas: comprimento de 13cm	04	UND

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

IV – PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO



Assim que finalizado o processo de contratação. Todos os itens serão imediatamente solicitados.

V – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO


Até 15 dias úteis após a solicitação mediante envio da requisição de compras a contratada.

VI – LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

Os materiais objeto desta licitação, deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria de saúde do Município de São Jorge D'Oeste/Pr, junto a sede da secretaria municipal de saúde situada na Rua Campos Novos nº 552, CEP 85575-000, Centro.

VII - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O recebimento dos bens, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo servidor Leandro Romário Barbosa Pontes, da Secretaria Municipal de saúde, cujo CPF nº 076.646.369-90, e-mail almoxarifadosaude@pmsjorge.pr.gov.br, telefone (46) 35348050 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.


Rozi Terezinha Marmitt
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 4698/2025